

TEL. (083) 41 47 213

FAX. (083) 41 47 220

WYJAŚNIENIA MI (1)

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej udziela odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły do Udzielającego zamówienie w związku z ogłoszonym w dniu 03.06.2025r. konkursem ofert na udzielenie zamówienia w zakresie:

Przetarg na sprzedaż rezonansu magnetycznego Magnetom Avanto 1,5T rok produkcji 2009


Zgodnie z pkt. II ppkt. 3 regulaminu zapraszam na oględziny aparatu, a tym samym weryfikację sprawności i zapoznanie się z posiadaną przez szpital dokumentacją serwisową aparatu oraz jego szczegółową specyfikacją.
Stacja diagnostyczna jest częścią aparatu.

Za przygotowanie otworu do wyprowadzenia magnesu z budynku odpowiada firma dostarczająca nowy aparat.

Aparat posiada następujące cewki :

Head Matrix Coil, Neck Matrix Coil, Spine Matrix Coil, Body Matrix Coil, Peripheral Angio Matrix Coil, Shoulder Array Coil, 4-Channel Flex Coil, small Tx/Rx 15-Channel Knee Coil, 4-Channel Flex Coil, large, Breast Matrix Coil

Zdjęcie aparatu:



Handwritten signature